SERIES 2 — Standard Type, Inch Reading

SPECIFICATIONS

Inch

☐ ANSI/AGD type

Code No.		Graduation (in)	Range (range/rev) (in)	Accuracy (in)		Repeat-ability (in)	Dial reading	Measuring force (N)
w/lug	Flat-back			First 1 Rev/2.5 Rev/10 Rev	Retrace			
2414A	**2414AB**	0.001	0.5 (0.1)	±0.001/±0.001/±0.001	0.0002	±0.0002	±0-100	1.8 or less
2415A	**2415AB**	0.001	0.5 (0.1)	±0.001/±0.001/±0.001	0.0002	±0.0002	0-50-0	1.8 or less
2914A	**2914AB**	0.001	0.5 (0.1)	±0.001/±0.001/±0.001	0.0002	±0.0002	100-0	1.8 or less
2506A	**2506AB**	0.0005	0.125 (0.05)	±0.0005/±0.0005/—	0.00016	±0.0001	±0-50	1.8 or less
2507A	**2507AB**	0.0005	0.125 (0.05)	±0.0005/±0.0005/—	0.00016	±0.0001	0-25-0	1.8 or less
2514A	**2514AB**	0.0005	0.5 (0.05)	±0.0005/±0.0005/±0.0015	0.00016	±0.0001	±0-50	1.8 or less
2922A	**2922AB**	0.0005	0.125 (0.05)	±0.0005/±0.0005/—	0.00016	±0.0001	0-25-0	1.8 or less
2356A-10	**2356AB-10**	0.0001	0.25 (0.01)	±0.0002/±0.0002/±0.0003/±0.0004 (First 20rev)/±0.0005 (Over 20rev)	0.0001	±0.00003	0-10	2.0 or less
2358A-10	**2358AB-10**	0.0001	0.5 (0.01)	±0.0002/±0.0002/±0.0003/±0.0004 (First 20rev)/±0.0008 (Over 20rev)	0.00015	±0.00003	0-10	2.0 or less
2802A-10	**2802AB-10**	0.0001	0.025 (0.01)	±0.0001/±0.0001/—	0.0001	±0.00003	0-10	2.0 or less
2803A-10	**2803AB-10**	0.0001	0.025 (0.01)	±0.0001/±0.0001/—	0.0001	±0.00003	0-5-0	2.0 or less
2804A-10	**2804AB-10**	0.0001	0.05 (0.01)	±0.0001/±0.0001/±0.0002	0.0001	±0.00003	0-10	2.0 or less
2805A-10	**2805AB-10**	0.0001	0.05 (0.01)	±0.0001/±0.0001/±0.0002	0.0001	±0.00003	0-5-0	2.0 or less
2905A-10	**2905AB-10**	0.0001	0.05 (0.01)	±0.0001/±0.0001/±0.0002	0.0001	±0.00003	10-0	2.0 or less
2923A-10	**2923AB-10**	0.0001	0.05 (0.01)	±0.0001/±0.0001/±0.0002	0.0001	±0.00003	0-5-0	2.0 or less

Note: Completed products inspection is performed in the vertical orientation (contact point downward) and the stated accuracy is guaranteed.